Odpowiedź na pytanie do postępowania na zakup aparatu USG

Pytanie
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta, spełniający wymagania Zamawiającego o zakresie częstotliwości pracy głowicy convex od 2,0 do 6,0 MHz? Dopuszczenie parametru pozwoli na złożenie ważnej oferty mieszczącej się w założeniach opublikowanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Z**apisy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.**