

Odpowiedź na pytanie złożone w związku z ogłoszeniem w sprawie składania ofert na dostawę fartuchów barierowych przeznaczonych na cele zapobiegania oraz zwalczania epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze M w zamian S?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wszystkie wymogi dot. zamawianego asortymentu wskazane w ogłoszeniu z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie składania ofert na dostawę fartuchów barierowych przeznaczonych na cele zapobiegania oraz zwalczania epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuści fartuch zarejestrowany jako wyrób medyczny, spełniający normę PN-EN 13795?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wszystkie wymogi dot. zamawianego asortymentu wskazane w ogłoszeniu z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie składania ofert na dostawę fartuchów barierowych przeznaczonych na cele zapobiegania oraz zwalczania epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m² o cechach:
Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylającej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m² w kolorze niebieskim, bez dodatku kauczuku oraz kałafonii. Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora
Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w niebieskim kolorze, z tyłu zapinanie na rzep
Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem
Szywy wykonywane metodą ultradźwiękową
Zgodność z normą EN-13795 1-3
Pakowane indywidualnie

Odpowiedź:

Minimalne warunki jakie musi spełniać przedmiot zamówienia zostały określone w ogłoszeniu z dnia 28 maja 2021 r.

Pytanie 4:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów barierowych zgodnych z normą EN14126, które są zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej, wykonane z oddychającego nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego, rzep przy szyi, wiązane w pasie na troki, zakryte plecy, elastyczne rękawy.

Fartuch posiada taśmy które zabezpieczają szwy przed przesiąkaniem. Fartuch otrzymał certyfikat badania typu WE wydany przez europejską jednostkę notyfikowaną Aitex 0161 oraz spełnia wymaganą normę.

Wymóg określony w specyfikacji – materiał SMS- nie jest materiałem który przeszedłby testy na normę EN 14126, ponieważ nie jest on materiałem w pełni nieprzemakalnym.

Włókniny SMS nie stosuje się w środkach ochrony indywidualnej które przeznaczone są do walki z Covid czyli spełniają normę EN 14126 Odzież ochronna -- Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi.

Materiał SMS stosuje się w fartuchach i ubraniach chirurgicznych, dla których obowiązuje inna norma – PN EN 13795.

Załączam zdjęcie oferowanego fartucha.

Odpowiedź:

Minimalne warunki jakie musi spełniać przedmiot zamówienia zostały określone w ogłoszeniu z dnia 28 maja 2021 r.