

### 1. Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z membranową bezolejową pompą próżniową posiadającą dodatkowe zabezpieczenia termiczne i elektryczne? Parametr oferowany przez naszą firmę jest co najmniej równoznaczny z wymaganym przez Zamawiającego. Ponadto dopuszczenie do złożenia oferty naszej firmie pozwoli zachować konkurencyjność i pozwoli złożyć ofertę więcej niż jednej firmie.

#### Odpowiedź

Tak, zamawiający dopuści to rozwiązanie.

### 2. Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Ssak elektryczny o cichej pracy do 39,4 dB? Jest to na tyle minimalna różnica w głośności że w codziennych warunkach pracy jest ona praktycznie niesłyszalna. Ponadto dopuszczenie do złożenia oferty naszej firmie pozwoli zachować konkurencyjność i pozwoli złożyć ofertę więcej niż jednej firmie.

#### Odpowiedź

Tak, zamawiający dopuści ssak o głośności 39,4 dB.

### 3. Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Ssak elektryczny który ze względu na swoją konstrukcję nie posiada regulatora membranowego natomiast posiada regulator iglicowy do ustawiania podciśnienia? Parametr oferowany przez naszą firmę jest równoważny z parametrem wymaganym przez Zamawiającego. Ponadto dopuszczenie do złożenia oferty naszej firmie pozwoli zachować konkurencyjność i pozwoli złożyć ofertę więcej niż jednej firmie.

#### Odpowiedź

Zapisy SOPZ pozostają bez zmian.

### 4. Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z wielorazowym zbiornikiem 2 litrowym z poliwęglanu, nietłukące z podziałką do wkładów jednorazowych z uchwytyami naszynowymi i blokadą zabezpieczającą oraz posiadający dostosowane do niego 2L wkłady jednorazowe? Dodatkowo istnieje możliwość wyposażenia ssak w zbiorniki 4L. Większość producentów używa wkładów 2 litrowych co pozwala zachować większą konkurencyjność i możliwość zaoferowania Zamawiającemu produkt co najmniej równoważny przy znacznie atrakcyjniejszych cenach. Dodatkowo ze względu na kontrakty szpitali z różnymi dostawcami wkładów i pojemników zbiorniki i wkłady 2 Litrowe są zdecydowanie bardziej uniwersalne. Ponadto dopuszczenie do złożenia oferty naszej firmie pozwoli zachować konkurencyjność i pozwoli złożyć ofertę więcej niż jednej firmie.

#### Odpowiedź

Tak, zamawiający dopuści ssak przystosowany do pracy z wkładami jednorazowymi 2L.

### 5. Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Ssak elektryczny wyposażony w podstawę jezdnią z blokadą na 2 koła? Blokada jedynie 2 kół jest zdecydowanie wygodniejsza w transporcie ze względu na łatwiejsze i szybsze ich odblokowanie. Dodatkowo blokada 2 kół jest wystarczająca aby unieruchomić ssak. Ponadto dopuszczenie do złożenia oferty naszej firmie pozwoli zachować konkurencyjność i pozwoli złożyć ofertę więcej niż jednej firmie.

#### Odpowiedź

TAK ,zamawiający dopuści blokadę 2 kół.

### 6. Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssaki elektryczne z pompą próżniową bezolejową, pracującą powyżej 50 obr/min? Wymagany parametr dopuszcza ofertę jednego producenta ssaków dostępnych na rynku w Polsce i całkowicie eliminuje możliwość złożenia ofert przez pozostałych producentów ssaków.

#### Odpowiedź

Tak, zamawiający dopuści takie rozwiązanie, o ile zachowane zostaną pozostałe wymogi SOPZ.

#### 7. Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssaki z głośnością do 45dB? Wymagany parametr poniżej 38dB dopuszcza ofertę jednego producenta ssaków dostępnych na rynku w Polsce i całkowicie eliminuje możliwość złożenia ofert przez pozostałych producentów ssaków

##### Odpowiedź

Nie, zamawiający dopuszcza maksymalną głośność ssaka do 39.4 dB.

#### 8. Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssaki z precyzyjnym iglicowym regulatorem podciśnienia? Wymagany parametr dopuszcza ofertę jednego producenta ssaków dostępnych na rynku w Polsce i całkowicie eliminuje możliwość złożenia ofert przez pozostałych producentów ssaków.

##### Odpowiedź

Zapisy SOPZ pozostają bez zmian.

#### 9. Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zbiorniki na wkłady jednorazowe o pojemności 2 lub 3 litry wykonane z poliwęglanu, z uchwytami naszynewymi i blokadą zabezpieczającą?

##### Odpowiedź

Tak, zamawiający dopuści zbiorniki na wkłady jednorazowe o pojemności 2 L

#### 10. Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o parametrach technicznych:

- podciśnienie maksymalne: -80kPa,
- przepływ maksymalny: 40l/min,
- waga: 6,20 kg,
- wymiary: 32xh99x30cm,
- cykl pracy: praca ciągła,
- poziom hałasu: 61,5 dBA,
- stojak na pięciu kółkach (dwa z blokadą).

##### Odpowiedź

Nie, zamawiający dopuszcza maksymalną głośność ssaka do 39.4 Db.

#### 11. Pytanie 11

Czy zamawiający dopuści do postępowania ssak o następujących parametrach:

Wydajność ssania 30 litrów zasilanie sieciowo/bateryjne stojak na kółkach waga 4,5 kg -głośność

SSAKI MEDYCZNE są idealnym rozwiązaniem problemu odsysania

różnorodnych wydzielin, mogą być stosowane zarówno na terenie szpitali, jednostek medycznych, prywatnych praktyk lekarskich, medycyny ratunkowej a także w domach opieki zdrowotnej, przychodniach lekarskich zgodnie ze

swoim przeznaczeniem. Szeroka gama oferowanych urządzeń pozwala nam na spełnienie oczekiwań naszych

Klientów. Ssaki wyposażone są w akcesoria wielorazowe lub jednorazowe (takie jak: zbiorniki na wydzieliny, pokrywy,

zbiorniki zabezpieczające, filtry), łatwe w myciu, proste w obsłudze.

##### Odpowiedź

Zapisy SOPZ pozostają bez zmian.

#### 12. Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak o parametrach:

Max. Podciśnienie 95 Kpa

Regulacja Ssania Tak

Pojemność Słojów 2 L 3l Lub 5l

Pojemnik Na Próbki Tak

Podstawa Jezdna Tak

Kosz Tak  
Obudowa Tworzywo  
Stojak Antystatyczny Malowany  
Proszkowo  
Wyjścia Podwójne  
Zmiana Stron  
Lewa/Prawa  
Elektryczna  
Filtr Hydrofobowy Tak  
Pedał Nożny Tak  
Głośność 40 Db

**Odpowiedź**

Zapisy SOPZ pozostają bez zmian.

**13. Pytanie 13**

Czy Zamawiający dopuści ssak polskiej produkcji (AgaLabor s.c.) z pompą membranową (nie wymagającą konserwacji), cichą (<46dB) o podciśnieniu min. 0,85 bara oraz systemem wkładów jednorazowych Serres 2l. (szerokodostępnych w szpitalach w Polsce)

**Odpowiedź**

Nie, zamawiający dopuszcza maksymalną głośność ssaka do 39.4 Db.

**14. Pytanie 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Ssaków elektrycznych o głośności poniżej 50 dB?

**Odpowiedź**

Nie, zamawiający dopuszcza maksymalną głośność ssaka do 39.4 Db.

**15. Pytanie 15**

Czy Zamawiający dopuści kosz na dodatkowe akcesoria przytwierdzony do stojaka w postaci pojemnika na cewniki/akcesoria z uchwytem na szynowym, montowany na szynie wózka?

**Odpowiedź**

Tak, zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

**16. Pytanie 16**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak medyczny o parametrach:

- Ssak elektryczny operacyjno-zabiegowy o wydajności 30 l/min
- Pompa próżniowa bezolejowa, tłokowa
- Generowane podciśnienie 85 kPa
- Wbudowany manometr obrazujący podciśnienie w MPa
- Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę/7 dni w tygodniu
- Głośność poniżej 50 dB
- Precyzyjny iglicowy regulator podciśnienia
- Zbiornik zabezpieczający przed przelaniem 1 l
- Płynna regulacja siły ssania
- Filtr przeciwbakteryjny 10 szt.
- Umieszczony na stojaku jezdnym min.4 koła z blokadą. Stojak wyposażony w szynę na zbiorniki
- Uchwyty do umocowania zbiorników na aspirowaną treść
- Kosz na dodatkowe akcesoria przytwierdzony do stojaka
- Zbiornik na wkłady jednorazowe o pojemności 2 litry wykonany z poliwęglanu , z podziałką , z uchwytami maszynowymi.
- Zbiorniki na aspirowaną treść jednorazowe 10 szt.
- Komplet przewodów łączących. Dren silikonowy do pacjenta min. 2 m.
- Waga urządzenia max. 25 kg

**Odpowiedź**

Zapisy SOPZ pozostają bez zmian.

#### 17. Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak medyczny o parametrach:

- Ssak elektryczny operacyjno-zabiegowy o wydajności 30 l/min
- Pompa próżniowa bezolejowa, tłokowa
- Generowane podciśnienie 85 kPa.
- Wbudowany manometr obrazujący podciśnienie w MPa
- Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę/7 dni w tygodniu
- Głośność poniżej 50 dB
- Precyzyjny iglicowy regulator podciśnienia
- Zbiornik zabezpieczający przed przelaniem 1 l
- Płynna regulacja siły ssania
- Filtr przeciwbakteryjny 10 szt
- Ssak na podstawie jezdnej wyposażonej w 4 kółka w tym 2 kółka z blokadą.
- Zbiornik na wkłady jednorazowe o pojemności 2 litry wykonany z poliwęglanu , z podziałką.
- Zbiorniki na aspirowaną treść jednorazowe 10 szt.
- Komplet przewodów łączących. Dren silikonowy do pacjenta min. 2 m
- Waga urządzenia max. 9 kg

#### Odpowiedź

Zapisy SOPZ pozostają bez zmian.

#### 18. Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak medyczny o parametrach: (SO-2 na wózku)

- Ssak elektryczny operacyjno-zabiegowy o wydajności 20 l/min
- Pompa próżniowa bezolejowa, tłokowa
- Generowane podciśnienie 85 kPa.
- Wbudowany manometr obrazujący podciśnienie w MPa
- Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę/7 dni w tygodniu
- Głośność poniżej 50 dB
- Precyzyjny iglicowy regulator podciśnienia
- Zbiornik zabezpieczający przed przelaniem 1 l
- Płynna regulacja siły ssania
- Filtr przeciwbakteryjny 10 szt.
- Umieszczony na stojaku jezdny min.4 koła z blokadą. Stojak wyposażony w szynę na zbiorniki
- Uchwyty do umocowania zbiorników na aspirowaną treść
- Kosz na dodatkowe akcesoria przytwierdzony do stojaka
- Zbiornik na wkłady jednorazowe o pojemności 2 litry wykonany z poliwęglanu , z podziałką , z uchwytami maszynowymi.
- Zbiorniki na aspirowaną treść jednorazowe 10 szt.
- Komplet przewodów łączących. Dren silikonowy do pacjenta min. 2 m.
- Waga urządzenia max. 25 kg

#### Odpowiedź

Zapisy SOPZ pozostają bez zmian.

#### 19. Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak medyczny o parametrach: (SO-5)

- Ssak elektryczny operacyjno-zabiegowy o wydajności 70 l/min
- Pompa próżniowa bezolejowa, tłokowa
- Generowane podciśnienie 95 kPa.
- Wbudowany manometr obrazujący podciśnienie w MPa
- Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę/7 dni w tygodniu
- Głośność poniżej 50 dB
- Precyzyjny iglicowy regulator podciśnienia
- Zbiornik zabezpieczający przed przelaniem 1 l

- Płynna regulacja siły ssania
- Filtr przeciwbakteryjny 10 szt
- Ssak na podstawie jezdnej wyposażonej w 4 kółka w tym 2 kółka z blokadą.
- Zbiornik na wkłady jednorazowe o pojemności 2 litry wykonany z poliwęglanu , z podziałką.
- Zbiorniki na aspirowania treści jednorazowe 10 szt.
- Komplet przewodów łączących. Dren silikonowy do pacjenta min. 2 m
- Waga urządzenia max. 20 kg

**Odpowiedź**

Zapisy SOPZ pozostają bez zmian.

**20. Pytanie 20**

Czy zamawiający dopuszcza możliwość że w liczbie minimum 100 oferowanych ssaków, będą dostarczone różne modele spełniające wymagania Zamawiającego?

**Odpowiedź**

TAK, zamawiający dopuszcza taką możliwość

**21. Pytanie 21**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia? Maksymalnie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

**Odpowiedź**

Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

**22. Pytanie 22**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 45 dni od dnia podpisania umowy?

**Odpowiedź**

Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

**23. Pytanie 23**

W celu miarkowania kar umownych, czy zamawiający zgodzi się na obniżenie wysokości kar umownych do 0,1% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu dostawy?

**Odpowiedź**

Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.